



KARBONDİOKSİTLİ ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroprosesör kontrollü ve dijital göstergeli olmalıdır.
2. Cihazın içi paslanmaz çelik ve dışı çelik malzeme üzerine epoksi ile kaplı olmalıdır.
3. Cihazın iç hacmi en az 150 L olmalı ve en az 3 adet çelik rafı ile birlikte verilmelidir.
4. Cihaz 90 derecede sıcak hava ile kendini dezenfeksiyon yapabilmelidir.
5. Cihaz hava ceketli olmalıdır.
6. Dış kapının içinde ayrıca bir iç cam kapı ve bununda önünde en az 3 adet cam kapı olmalıdır. Dış kapı ısıtmalı olmalıdır.
7. Kabin sıcaklığı +5 ile 50°C arasında ayarlanabilmeli ve dijital ekrandan izlenebilmelidir. Sıcaklık kontrolü Pt 1000 ile yapılmalıdır.
8. CO₂ oranı % 0 ile 20 arasında ayarlanabilmelidir.
9. 37°C de bağıl nemi % 95 olmalıdır.
10. Cihazda CO₂ kontrolü TCD detektör ile sağlanmalıdır.
11. Cihazın kontrol panelinde auto-start, 90 derece, kalibrasyon, artırma ve eksiltme tuşları bulunmalıdır.
12. Cihazda 90 derecede dezenfeksiyon modu bulunacaktır. Dezenfeksiyon en fazla 30 saat sürecektir.
13. Cihaz parametrelerinin ayarlanan değerlerden sapması su seviyesinin düşmesi kapının açık kalması veya elektrik kesilmesi durumunda cihaz error kodlarıyla alarm verebilmelidir.
14. Cihaz CO₂ tüpü ve regülatörü ile birlikte çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
15. Cihaz şehir ceryanı ile çalışmalıdır.
16. Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olacaktır. Bu belge muayene kabul aşamasında sunulmalıdır.
17. Cihaz EN 460001 TUV onaylı olmalıdır. Bu belge muayene kabul aşamasında sunulmalıdır.
18. Üretici firmanın yetki belgesi olmalıdır. Bu belge muayene kabul aşamasında sunulmalıdır.
19. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır. Bu belge muayene kabul aşamasında sunulmalıdır.
20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 belgesi bulunmalıdır. Bu belge muayene kabul aşamasında sunulmalıdır.
21. Cihaz garanti süresi en az iki yıl olmalı, garanti süresi içerisinde ortaya çıkabilecek her türlü teknik servis, bakım, değişim vb. hizmetler ücretsiz yerine getirilmeli, garanti süresini bitimini takip eden on yıl süresince yedek parça, teknik servis, bakım ve onarım iş ve -işlemleri yerine getirilmelidir. İstekli/yüklenici bu madde kapsamında garanti ve teknik servis hizmetini vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Garanti süresi bitiminden sonraki süre içerisinde ihtiyaç duyulan yedek parça vb. için tedarik aşamasında idarece alınacak teklifler değerlendirilerek, yasal mevzuat çerçevesinde tedarik tamamlanacak, idarece tedariki başkaca yerlerden sağlanan yedek parça vb. istekli/yüklenici tarafından cihazın arıza, bakım onarımının giderilmesinde kullanacak olup, istekli/yüklenici bu iş karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.


Yrd. Doç. Dr. A. Tahir Bayraktar


Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Bakım